

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	李东升
	职称:	工程师
	工作单位:	临汾钢铁公司
项目信息	项目名称:	临汾市第二人民医院宫腔镜采购项目
	供应商名称:	山西永华医疗器械有限公司
专业人员论证意见	临汾市第二人民医院使用奥林巴斯主机及电切接口非开放性接口,只能匹配本品牌的宫腔电切镜,才能保证设备兼容性及安全性符合《中华人民共和国政府采购法》第二十一条,因此采用单一来源方式采购	
专业人员签字	李东升	日期: 2025.11.21

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：赵彤彤	
	职称：主诊医师	
	工作单位：临汾市第五人民医院	
项目信息	项目名称：临汾市第二人民医院宫腔镜采购项目	
	供应商名称：山西永华医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	临汾市第二人民医院宫腔镜采购项目，拟采购的宫腔电切镜为现使用中奥林巴斯主机，为保障设备的兼容性和匹配、安全性，建议采购配套镜子。山西永华医疗器械有限公司是山西省唯一代理商，符合单一来源采购情形，建议单一来源采购。	
专业人员签字	赵彤彤	日期：2025.11.21.

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	蒋和平	
	职称:	工程师	
	工作单位:	五东咨询公司	
项目信息	项目名称:	临汾市第二人民医院宫腔镜采购项目	
	供应商名称:	山西永华医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	根据采购方提供的资料,该项目的采购符合《政府采购法》第三十一条第一款,且能从唯一供应商处采购的规定.建议采用单一来源采购的方式实施该项目.		
专业人员签字	蒋和平	日期:	2025. 11. 21

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。